

Số: 1544 /TB-BVNDGD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2023

## THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định có kế hoạch nhu cầu sửa chữa các thiết bị như trong phụ lục đính kèm. Kính mời Quý Công ty/ Đơn vị quan tâm, có khả năng sửa chữa thiết bị đảm bảo tương thích công nghệ và chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất gửi hồ sơ chào giá cho bệnh viện.

Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:


1. Bảng báo giá theo mẫu và đính kèm các tài liệu kê khai.
2. Thư xác nhận nhà phân phối cung cấp dịch vụ sau bán hàng và bảo trì bảo dưỡng thiết bị (nếu có)
3. Hồ sơ kỹ thuật sản phẩm gồm catalogue, datasheet
4. Hợp đồng tương tự đã thực hiện (nếu có) hoặc hóa đơn bán hàng
5. Chứng chỉ đào tạo của kỹ sư sửa chữa (nếu có).

Đề nghị Quý Công ty/ Đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email: tothauvtbvtbvdgd@gmail.com

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

- Thời gian: Từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện đến 16 giờ 00 phút ngày 12/07/2023.

- Địa điểm: Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định  
(Địa chỉ: số 01 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại: 028.3841.2692-267)

Trân trọng./ 

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTTB, VT.

GIÁM ĐỐC  
  
Nguyễn Hoàng Hải

**PHỤ LỤC DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ**

(Đính kèm thông báo mời báo giá TBYT ngày 30 tháng 06 năm 2023)

STT	Nội dung	Thông số kỹ thuật
1	Sửa chữa máy thận nhân tạo Bbraun Model: Dialog+	- Sửa chữa van điện từ cấp nước đầu vào máy Dialog+ - O-ring dùng cho cổng hút dịch - Màng lọc nội độc tố-Diacap ultra DF-online filter
2	Sửa chữa máy hút ngắt quãng Doctor's Friend Model: DF500	- Máy bơm hút ngắt quãng - Bộ nguồn 24V cho máy hút
3	Sửa chữa máy hấp Moric 120L	- Điện trở nung 380V - Solenoid valve tiệt trùng
4	Sửa chữa máy bơm tiêm điện Bbraun Model: Perfusor Space	- Tay bấm bệnh nhân tự kiểm soát đau-PCA kit - Pin sạc
5	Sửa chữa máy bơm tiêm điện Bbraun Model: Perfusor Compact Plus	- Cảm biến áp lực - Mặt kính bảo vệ màn hình - Bộ nam châm điện - Đế máy - Màn hình LCD
6	Sửa chữa hệ thống RO 6 màng	- Bơm nguồn - Màng RO - Vật liệu lọc
7	Bảo trì máy thận nhân tạo Nipro Model: Surdial 55Plus, Diamax	Bảo trì theo quy trình của Nhà sản xuất, có chứng chỉ đào tạo của Nhà sản xuất còn hiệu lực
8	Sửa chữa máy sinh thiết lạnh, model: CryoStar NX70 HOMVPD	- Sửa hệ thống làm lạnh giá mang dao, đầu kẹp mẫu, cảm biến cửa.

Ghi chú: số lượng chào giá trên mỗi danh mục là 01