


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2023



THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

(Thi công hệ thống oxy y tế tại khu B Bệnh viện Nhân dân Gia Định)

Bệnh viện Nhân dân Gia Định kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm để thi công hệ thống oxy y tế tại khu B, gửi báo giá theo yêu cầu dưới đây:

- Hạng mục thi công chi tiết (đính kèm)
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Địa điểm: Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Giá chào đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định và các chi phí khác
- Thời gian nhận báo giá: từ ngày thông báo đến ngày 31 tháng 7 năm 2023.
- Quý Công ty tham gia báo giá bỏ vào bao thư niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ tên công ty và gửi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh đến phòng Hành Chính Quản Trị - Bệnh viện Nhân dân Gia Định số 01 Nơ Trang Long, phường 7, Quận Bình Thạnh TP.HCM hoặc Scan có đóng dấu gửi email: bv.ndgiadinh@tphcm.gov.vn

Trân trọng./ 


GIÁM ĐỐC 
Nguyễn Hoàng Hải



HẠNG MỤC THI CÔNG CHI TIẾT

(Đính kèm thông báo mời báo giá ngày tháng 7 năm 2023)

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
A	THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRÊN ĐƯỜNG ỐNG				
I	Tủ Van Khu Vực -Không kèm báo động -Van bi, vỏ tủ, có đồng hồ hiển thị áp lực và điểm kết nối dự phòng cho hệ thống khí.				
1	Tủ van Khu Vực 3 loại khí O-A-V (15-15-22)	Tủ	1		
2	Tủ van Khu Vực 3 loại khí O-A-V (22-22-28)	Tủ	1		
II	Ngõ Ra Khí				
1	Ngõ ra khí nén 4 bar	Cái	34		
2	Ngõ ra hút chân không	Cái	30		
B	HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG KHÍ Y TẾ				
I	Ống Đồng -Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, BS EN 13348 -Là loại ống đồng chuyên dùng trong khí y tế, xuất xứ từ nhà sản xuất ống đồng chính quy. -Ống đồng được sản xuất với các thông số như: đường kính, độ dày, áp suất làm việc, độ cứng,...theo tiêu chuẩn EN 1057 (tiêu chuẩn căn bản) và EN 13348 (tiêu chuẩn ống đồng dùng cho y tế.				
1	Ống đồng Ø 12mm x 0,6mm	Mét	250		
2	Ống đồng Ø 15mm x 0,7mm	Mét	320		
3	Ống đồng Ø 22mm x 0,9mm	Mét	240		
4	Ống đồng Ø 28mm x 0,9mm	Mét	50		
5	Ống đồng Ø 35mm x 1,2mm	Mét	10		
6	Ống đồng Ø 42mm x 1,5mm	Mét	70		
II	Co - Tee - Nối thẳng - Nối giảm: Co nối sử dụng cho y tế theo tiêu chuẩn EN 1254-1 (được tẩy dầu sử dụng cho khí y tế)				
1	Co - Tee - Nối thẳng - Nối giảm (đường kính 12-67)	Lô	1		
III	Van Chặn				
1	Van chặn Ø 12	Cái	12		
2	Van chặn Ø 15	Cái	8		
3	Van chặn Ø 22	Cái	4		
4	Van chặn Ø 28	Cái	1		
5	Van chặn Ø 35	Cái	1		
6	Van chặn Ø 42	Cái	1		
C	VẬT TƯ PHỤ LẮP ĐẶT				
I	Vật tư phụ				
1	Trunking nhựa 60x40mm	Mét	80		
2	Giá đỡ ống đồng: Sắt V3 mạ kẽm, ty ren M8, cùm ống, tán, lông đèn,...	Bộ	200		
3	Cung cấp que hàn bạc 0%	Kg	5		
4	Bình khí N2 thử kín và hàn ống	Bình	10		