

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhân dân Gia Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Họ tên: Ms Bình SĐT: 028.3841.2692-267, email: binhntm@bvndgiadinh.org.vn
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (Địa chỉ: số 01 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại: 0933.072.897 - 028.3841.2692-267)
  - Nhận qua email: Quý Công ty/ Đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email: [P.VTTBYT.267@gmail.com](mailto:P.VTTBYT.267@gmail.com)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 01 tháng 08 năm 2023 đến trước 16 giờ 00 ngày 11 tháng 08 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị) theo phụ lục đính kèm.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 - 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 30% sau khi ký hợp đồng (và nhà cung cấp thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo

lãnh tiền tạm ứng); 70% sau khi ký biên bản nghiệm thu và cung cấp đầy đủ hóa đơn và chứng từ thanh toán hợp lệ.

5. Các thông tin khác:

- Thư xác nhận nhà phân phối.
- Hồ sơ kỹ thuật sản phẩm gồm catalogue, datasheet.
- Hợp đồng tương tự đã thực hiện (nếu có) hoặc hóa đơn bán hàng.
- Chứng chỉ đào tạo của kỹ sư (nếu có). *pcy*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VTTB, VT.



1  
NH  
HÀ  
GI  
S

**Phụ lục đính kèm Yêu cầu báo giá ngày 31 tháng 07 năm 2023**

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	<b>Dụng cụ sàng lọc tinh trùng sử dụng cho IVF, IUI, ICSI</b>	- Dung tích buồng chứa: 850µl - Sử dụng để sàng lọc tinh trùng cho IVF, IUI, ICSI - Được tiệt trùng đảm bảo độ tiệt khuẩn $\geq 10^{-6}$ - Đạt kiểm định an toàn với tinh trùng người	20	Cái
2	<b>Buồng đếm tế bào</b>	Buồng đếm tế bào Neubauer Improved cải tiến có lớp tráng bạc	02	Cái
3	<b>Kẹp Magill</b>	Kích thước: 14cm; 18cm	02	Cái
4	<b>Thiết bị tiệt trùng que cấy vi sinh</b>	- Đường kính buồng nhiệt: 15mm $\pm$ 5% - Chiều dài buồng nhiệt: 155mm $\pm$ 5% - Nhiệt độ tối đa 1000°C - Công suất 150W	01	Cái
5	<b>Bộ rửa ống soi Olympus</b>	- Ống hút rửa - Nắp đậy ổ van rửa ống soi - Van sinh thiết	02	Bộ
6	<b>Gối lót lưng hình tam giác</b>	- Góc nghiêng 45° - Vật liệu xốp cứng, bọc da không thấm nước	10	Cái
7	<b>Dụng cụ chêm lót đầu khi kê tư thế người bệnh nằm ngửa</b>	Dụng cụ chêm lót đầu khi kê tư thế người bệnh nằm ngửa Vật liệu: silicon hoặc tương đương	03	Cái
8	<b>Dụng cụ chêm lót đầu khi kê tư thế người bệnh nằm sấp</b>	Dụng cụ chêm lót đầu khi kê tư thế người bệnh nằm sấp Vật liệu: silicon hoặc tương đương	02	Cái
9	<b>Dụng cụ chêm lót tay-gối</b>	Dụng cụ chêm lót tay-gối Vật liệu: silicon hoặc tương đương	03	Cái
10	<b>Dụng cụ chêm lót khoeo chân khi kê tư thế sản khoa</b>	Dụng cụ chêm lót khoeo chân khi kê tư thế sản khoa Vật liệu: silicon hoặc tương đương	04	Cái
13	<b>Dụng cụ chêm lót gót chân khi nằm ngửa</b>	Dụng cụ chêm lót gót chân khi nằm ngửa Vật liệu: silicon hoặc tương đương	02	Cái
14	<b>Dụng cụ chêm lót cổ chân khi nằm sấp</b>	Dụng cụ chêm lót cổ chân khi nằm sấp Vật liệu: silicon hoặc tương đương	01	Cái
15	<b>Dụng cụ chêm lót đầu khi kê tư thế người bệnh nằm sấp</b>	Dụng cụ chêm lót đầu khi kê tư thế người bệnh nằm sấp Vật liệu: silicon hoặc tương đương	02	Cái
16	<b>Cảm biến SpO2</b>	Dây sensor SpO2 tương thích máy đo SpO2 cầm tay Nellcor Chiều dài tối thiểu: 1000mm	02	Cái

HỒ  
VIỆ  
I ĐÀ  
ĐỊNH

17	<b>Cân nặng kèm thước đo sơ sinh</b>	Giới hạn đo: 20kg, độ chia nhỏ nhất: 5g Thước đo tối đa 100cm	01	Cái
18	<b>Cân sức khỏe có thước đo chiều cao</b>	Giới hạn đo: 150kg, độ chia nhỏ nhất: 100g Thước đo chiều cao: 80-2100mm	01	Cái
19	<b>Xe inox lưu trữ ống nội soi</b>	- Kích thước: (450x700mm), cao 950mm, sai số $\pm 5\%$ - Kết cấu 2 cửa 4 tầng - Cửa 2 cánh mở có chốt khóa - Mặt trên cùng có lan can cao 70mm - Bánh xe $\varnothing 100\text{mm}$ có khóa cố định. - Vật liệu inox 304	01	Xe
20	<b>Xe inox 2 tầng lắp máy shaver</b>	- Kích thước: (450x500mm), cao 650mm, sai số $\pm 5\%$ - Kết cấu 2 tầng 1 hộc kéo - Lan can 4 cạnh, cao 250mm - Có giá treo Shaver có thể tháo lắp - Vật liệu inox 304	01	Xe
21	<b>Kệ để máy monitor di động</b>	- Kích thước: (300x400mm), cao 800mm, sai số $\pm 5\%$ - Kết cấu 2 tầng có giá lắp cố định monitor - Lan cao 4 cạnh, cao 150mm - 1 rổ inox - 1 gọng treo dây - Vật liệu inox 304	01	Cái
22	<b>Cây treo dịch truyền</b>	- Chiều cao tối thiểu 1300mm, có thể điều chỉnh được, tối đa 2000mm. - Kích thước chân đế đường kính 500mm $\pm 5\%$ - Khối lượng đế trên 20kg, chống lật. - Số lượng móc treo túi dịch truyền :4 - Vật liệu inox 304, inox tròn $\varnothing 25$ , $\varnothing 60$ , $\varnothing 27$ - Bánh xe có khóa cố định	15	cây
23	<b>Cáp điện tim</b>	Cáp điện tim tương thích máy điện tim 6 cần Nihon Kohden. Model: ECG-1250K	02	Bộ
24	<b>Đèn Bunsen</b>	- Vật liệu thép không gỉ - Nhiệt độ ngọn lửa 1300°C	02	Cái
25	<b>Bao quần máy đo huyết áp Holter</b>	Bao quần tương thích máy đo huyết áp Holter	04	Cái
26	<b>Óp chỉnh đèn</b>	Tương thích đèn mổ trần Amico Sử dụng nhiều lần, có thể hấp	10	Cái
27	<b>Khí CO</b>	Bình khí định chuẩn dùng cho máy đo phết thân ký Thành phần: He 10% ( $\pm 3\%$ ); CO 0.28% ( $\pm 3\%$ ); Air (Balance) Dung tích 50 lít	01	Bình