

Số: 2583 /TB-BVNDGD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2023

## THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhân dân Gia Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Họ tên: Ms Bình SĐT: 028.3841.2692-267, email: binhntm@bvndgiadinh.org.vn

### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (Địa chỉ: số 01 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại: 0933.072.897 - 028.3841.2692-267). Đề nghị nhà thầu ghi rõ nội dung chào giá ở bì bì thư

- Nhận qua email: Quý Công ty/ Đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email: P.VTTBYT.267@gmail.com và email: binhntm@bvndgiadinh.org.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 11 tháng 10 năm 2023 đến trước 16 giờ 00 ngày 21 tháng 10 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị) theo phụ lục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 - 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi bên Bán cung cấp đầy đủ hóa đơn và chứng từ thanh toán hợp lệ.



5. Các thông tin khác:

- Thư xác nhận nhà phân phối.
- Hồ sơ kỹ thuật sản phẩm gồm catalogue, datasheet.
- Hợp đồng tương tự đã thực hiện (nếu có) hoặc hóa đơn bán hàng.
- Chứng chỉ đào tạo của kỹ sư (nếu có).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VTTB, VT.

**GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoàng Hải



**Phụ lục đính kèm Yêu cầu báo giá ngày 09 tháng 10 năm 2023**

ST T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	<b>Nệm chống loét</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước 1980x890x64 (mm) ± 10%</li> <li>- Vật liệu chịu lửa ABS, chất liệu chống thấm</li> <li>- Có núm điều chỉnh lực căng của từng múi</li> <li>- Kèm máy bơm lưu lượng 4 lít/phút, áp lực bơm 30-80mmHg, có bảo vệ chống sốc điện cấp II</li> <li>- Tải trọng tối đa 140kg</li> </ul>	30	Cái
2	<b>Thùng đựng khăn inox</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: 20x30x10 (mm) ± 10%</li> <li>- Vật liệu: Inox 304</li> </ul>	10	Cái
3	<b>Lõi lọc cho máy lọc nước</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 micron- 10 inch</li> <li>- 10 micron – 10 inch</li> <li>- 5 micro – 10 inch</li> </ul>	08	Bộ
4	<b>Dây đo điện tim 3 chuyển đạo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tương thích monitor theo dõi bệnh nhân NihonKohden</li> </ul>	03	Bộ
5	<b>Hệ thống chuông gọi điều dưỡng</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ điều khiển trung tâm:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiện số chuông được nhấn</li> <li>• Có thể tùy chỉnh âm lượng</li> <li>• Có thể tắt báo động</li> </ul> </li> <li>- Chuông kết nối không dây, tầm xa 100m</li> <li>- 18 chuông đầu giường, 2 bộ điều khiển</li> </ul>	02	Bộ
6	<b>Dây dẫn và bộ lọc khí CO2 cho dàn nội soi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cụm đồng hồ đo thể tích khí trong bình, chỉnh áp đầu ra</li> <li>- Bộ lọc cặn khí CO2</li> <li>- Dây dẫn khí CO2                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chất liệu inoxx</li> <li>• Chiều dài: 1.5-2m</li> <li>• Ren 13</li> </ul> </li> <li>(Đã bao gồm khớp nối bằng thau gắn vào thiết bị hiện có tại bệnh viện)</li> </ul>	07	Bộ
7	<b>Dây cáp đo SpO2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tương thích monitor theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden, model : Vismo</li> </ul>	01	Dây
8	<b>Xe lăn đẩy người bệnh</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trọng lượng xe không quá 20kg</li> <li>- Có thắng tay</li> <li>- Tải trọng: 120kg</li> <li>- Vật liệu thân xe: thép không gỉ</li> <li>- Có thể gấp gọn</li> <li>- Có thể thay thế các phụ kiện</li> </ul>	04	Xe

9	<b>Máy đóng nút chai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất: 1HP</li> <li>- Kích thước: trục chính cao 800mm, mâm xoay Ø300mm</li> <li>- Truyền động 3 pulley</li> <li>- Bộ đầu đóng 3 châu bán tự động</li> </ul>	01	Máy
10	<b>Giá treo monitor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: 180x300 (mm), tay đòn 300mm</li> <li>- Tích hợp các loại đế monitor</li> <li>- Đế xoay 180°</li> </ul>	10	Cái
11	<b>Trụ treo máy bơm tiêm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường kính chân đế Ø600, vật liệu kim loại đặc (không dùng cát)</li> <li>- Thân dưới inox tròn Ø42, thân trên Ø25</li> <li>- 4 móc treo</li> </ul>	10	Cái
12	<b>Ngàm cố định trụ treo vào giường</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoảng cách tới giường: 400mm</li> <li>- Ngàm kẹp vuông</li> <li>- Ngàm kẹp cố định thân cây Ø60</li> <li>- Có thể điều chỉnh vị trí cao thấp</li> </ul>	10	Cái
13	<b>Chăn làm ấm toàn thân bệnh nhân</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: vải không dệt, không chứa latex, chống thấm dịch.</li> <li>- Kích thước: 100x200 mm ± 5%</li> </ul>	07	Cái
14	<b>Chăn làm ấm thân trên người lớn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: vải không dệt, không chứa latex, chống thấm dịch.</li> <li>- Kích thước: 70x200 mm ± 5%</li> </ul>	05	Cái
15	<b>Chăn làm ấm thân dưới</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: vải không dệt, không chứa latex, chống thấm dịch.</li> <li>- Kích thước: 100x140 mm ± 5%</li> </ul>	03	Cái
16	<b>Dụng cụ chêm lót đầu khi kê tư thế người bệnh nằm sấp</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình dạng: hình nhẫn mở, có góc vát</li> <li>- Vật liệu silicone</li> </ul>	02	Cái
17	<b>Dụng cụ chêm lót tay-gối</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dụng cụ chêm lót tay-gối</li> <li>- Vật liệu silicone</li> </ul>	03	Cái
18	<b>Dụng cụ chêm lót khoeo chân khi kê tư thế sản khoa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dụng cụ chêm lót khoeo chân khi kê tư thế sản khoa</li> <li>- Vật liệu silicone</li> </ul>	04	Cái
19	<b>Dụng cụ chêm lót gót chân khi nằm ngửa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dụng cụ chêm lót gót chân khi nằm ngửa</li> <li>- Vật liệu silicone</li> </ul>	02	Cái
20	<b>Dụng cụ chêm lót cổ chân khi nằm sấp</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dụng cụ chêm lót cổ chân khi nằm sấp</li> <li>- Vật liệu silicone</li> </ul>	01	Cái

21	<b>Dụng cụ chêm lót đầu khi kê tư thế người bệnh nằm ngửa (hình tròn)</b>	- Dụng cụ chêm lót đầu khi kê tư thế người bệnh nằm ngửa (hình tròn) - Vật liệu silicone	03	Cái
22	<b>Dụng cụ chêm lót đầu khi kê tư thế người bệnh nằm ngửa (hình vuông)</b>	- Dụng cụ chêm lót đầu khi kê tư thế người bệnh nằm ngửa (hình vuông) - Vật liệu silicone	02	Cái
23	<b>Máy hút chân không</b>	- Chiều cao buồng hút: 115mm ± 10% - Chiều dài thanh hàn: 400x12 (mm) x 2 thanh - Khoảng cách 2 thanh hàn: 400mm ± 10% - Công suất bơm hút chân không: 25m <sup>3</sup> /h ± 5%	01	Cái
24	<b>Máy hút dịch 2 bình</b>	- Dung tích bình: 2500ml/ bình ± 5% - Áp lực tối đa: ≥80kPa± 5%, khoảng điều chỉnh: 20kPa – áp lực tối đa - Lưu lượng khí tối đa: 20L/phút ± 5% - Mức âm thanh ≤60dB ± 5% - Thời gian làm việc tối đa: 30 phút	10	Máy
25	<b>Dây điện cực máy holter ECG 24h</b>	- Tương thích máy holter 24h Philips, model: Digitrak XT	05	Dây
26	<b>Vỏ bảo máy huyết áp điện tử Omron</b>	- Size 22-32 (số lượng: 3) - Size 40-42 (số lượng: 1)	04	Cái
27	<b>Máy hút khói Laser CO2</b>	- Công suất: 800W ±10% - Lưu lượng dòng: 2.5m <sup>3</sup> / phút±10% - Áp suất hút: 2.0mm H20±10% - Nguồn AC220/56-60Hz	01	Máy
28	<b>Gói bảo trì máy Sterrad</b>	- Bộ PM1 bảo dưỡng dùng cho máy hấp Sterrad 100NX	02	Bộ
29	<b>Lưới bảo mô có tích hợp kênh tưới thẳng</b>	- Tương thích tay bảo mô Karl Storz	15	Cái
30	<b>Lưới bảo mô có tích hợp kênh tưới cong 40°</b>	- Tương thích tay bảo mô Karl Storz	15	Cái
31	<b>Máy Doppler tim thai</b>	- Loa Hi-Fi - Đầu dò chống nước - Đầu dò 2Mhz, 3Mhz, 5Mhz	01	Cái
32	<b>Đai kéo lưng</b>	- Đai kéo lưng dùng với thiết bị kéo giãn cột sống Chattanooga	02	Bộ

10  
10  
10  
10  
10

92

33	<b>Đai kéo lưng</b>	- Đai kéo lưng dùng với thiết bị kéo giãn cột sống Enraf	04	Bộ
34	<b>Đai kéo cổ</b>	- Đai kéo cổ dùng với thiết bị kéo giãn cột sống Enraf	06	Bộ
35	<b>Cảm biến SpO2 cho máy SpO2 cầm tay</b>	- Cảm biến SpO2 tương thích máy đo SpO2 cầm tay hàng Mediblu	10	Dây

*Handwritten signature*

CH  
DẠ  
DỊ

# BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>

Kính gửi: Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chúng tôi.... ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

## 1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Tính năng, thông số kỹ thuật	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VNĐ)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VNĐ)
1	Thiết bị A											
2	Thiết bị B											
n	...											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ..... [ghi ngày ...tháng...năm... kết thúc nhận báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
  - (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
  - (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
  - (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
  - (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
  - (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
  - (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
  - (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chi tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
  - (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
  - (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.  
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
  - (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
- Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia.