

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ**  
**(Cung cấp bộ lưu lượng kế oxy điều chỉnh và bình tạo ẩm)**

- Bệnh viện Nhân dân Gia Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp bộ lưu lượng kế oxy điều chỉnh và bình tạo ẩm (đính kèm phụ lục danh mục hàng hóa). Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá gửi báo giá về Bệnh viện Nhân dân Gia Định theo nội dung:
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến ngày 17. tháng. 3. năm 2026.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Nhân dân Gia Định – Cơ sở 2  
Địa chỉ: 125 Lê Lợi – Phường Bến Thành – Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời hạn hiệu lực của báo giá: 60 ngày
- Giá chào đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định và các chi phí khác
- Quý Công ty tham gia báo giá bỏ vào bao thư niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ tên công ty và gửi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh đến phòng Hành Chính Quản Trị - Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Số 01 Nơ Trang Long, phường Gia Định, TP.HCM hoặc Scan có đóng dấu gửi email: [bv.ndgiadinh@tphcm.gov.vn](mailto:bv.ndgiadinh@tphcm.gov.vn)

Trân trọng./.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ BÁO GIÁ**

STT	Danh mục hàng hoá	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hoá
1	Bộ lưu lượng kế oxy điều chỉnh và bình hút ẩm	Bộ	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiêu chuẩn thiết bị y tế class IIa,ISO 15002: 2008</li> <li>- Áp suất đầu vào: 4,5 bar+/- 0,5 bar (O2)</li> <li>- Thân làm bằng đồng thau mạ niken</li> <li>- Cung cấp oxy với áp lực ổn định, thang chia độ dễ nhìn, vỏ chụp thang đo làm bằng polycarbonate</li> <li>- Thang đo điều chỉnh 0-15 lít/phút</li> <li>- Núm vặn chịu được áp lực làm việc trong hơn 10.000 chu kỳ đóng mở (tương đương 5 lần mở/đóng mỗi ngày trong 5 năm).</li> <li>- Độ từ tính cho phép sử dụng được trong phòng MRI</li> <li>- Đầu nối tương thích ngõ ra khí oxy y tế chuẩn AFNOR (Đảm bảo đồng bộ với hệ thống khí y tế ở Bệnh viện)</li> <li>- Bình tạo ẩm, vật liệu: Polypropylene</li> <li>- Dung tích: 250 ml</li> <li>- Có thể khử trùng lên đến 134°C</li> <li>- Tương thích với bộ lưu lượng kế O2 và khí nén RTM3</li> </ul>